

Общество с ограниченной  
ответственностью




Научно-производственное  
предприятие «ИРВИС»

ООО НПП «ИРВИС»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПП «ИРВИС»

 Д. В. Кратиров

«21» июля 2023 г.

Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра

ИРВС 1000.0000.00

**Бюллетень РСВФ.1 БЭ**

на 4 листах



## Вводная часть

Бюллетень распространяется на расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра всех модификаций.

Основания для выпуска: Корректировка значений коэффициентов потерь давления для УПП «Турбулизатор-Шг (Шг-Эндо)»; контроль и прослеживаемость вносимых изменений в эксплуатационную документацию.

Введен в действие: 21 июля 2023 г.

Номер изменения: 1.

## Внесение изменений

1. Изменяются значения коэффициентов потерь давления для УПП «Турбулизатор-Шг (Шг-Эндо)»;
2. Вводится «Лист регистрации изменений».

№ п/п	Обозначение документа	Содержание изменений		Способ внесения изменений
		Имеется	Должно быть	
1	ИРВС 9100.0000.00 РЭ7	Приведено в приложении 1, расположение – таблица №5	Приведено в приложении 1, расположение – таблица №5	Перевыпуск для электронной версии; Имеющийся задел бумажных копий – использовать полностью.
2	ИРВС 9100.0000.00 РЭ7	-	Приведено в приложении 2, расположение – в конце документа.	

## Перечень предыдущих бюллетеней

№ п/п	№ бюллетеня	Дата
-	-	-



## Приложение 1

Имеется

Таблица 5 – Коэффициенты потерь давления

DN	$\zeta_{пп}$	$\zeta_{упп}$	
	ИРВИС-Ультра-Пп	Турбулизатор-У (У-Эндо)	Турбулизатор-Шг (Шг-Эндо)
50	0,513	1,8	3,6
80	0,45	1,8	3,6
100	0,40	1,8	3,6
150	0,25	1,5	3,0
200		1,8	3,6
300		1,5	3,0
400		1,5	3,0

Должно быть

Таблица 5 – Коэффициенты потерь давления

DN	$\zeta_{пп}$	$\zeta_{упп}$	
	ИРВИС-Ультра-Пп	Турбулизатор-У (У-Эндо)	Турбулизатор-Шг (Шг-Эндо)
50	0,513	1,8	6,7
80	0,45	1,8	6,0
100	0,40	1,8	6,4
150	0,25	1,5	5,5
200		1,8	6,4
300		1,5	13,8
400		1,5	18,5

