

04.04.2025 № 18/1038
На № _____ от _____

Директору
ООО НПП «Ирвис»

Кратирову Д.В.

2@gorgaz.ru

О совместной работе
ИВК «АБАК» и
Расходомера «ИРВИС-Ультра»


Уважаемый Дмитрий Вячеславович!

В период с 30.10.2024 по 28.03.2025 специалистами АО НИЦ «Инкомсистем» был разработан и испытан алгоритм чтения и сохранения вычисленных и накопленных данных Измерительно-Вычислительным Комплексом «АБАК» (ИВК АБАК) из Блока Интерфейса и Питания Расходомера-счетчика ультразвукового «ИРВИС-Ультра» (БИП «ИРВИС-Ультра»).

Разработанный функционал был проверен на предоставленном для испытаний оборудовании с вашей стороны.

АО НИЦ «Инкомсистем» подтверждает бесперебойное чтение архивных данных и их хранение в цикличном автоматическом режиме. Реализация данного функционала соответствует требованиям СТО Газпром 2-2.1-1068 и подтверждает совместную применимость на объектах строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром».

С уважением,
Директор департамента
измерительных систем и оборудования



В.Н. Осипов

